Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Laser chirurgiczny wysokoenergetyczny CO2 z wyposażeniem

2.Przedmiot zamówienia , zgodnie ze specyfikacją techniczną

Długość fali 10600nm

Moc 0,4-40 W

Wiązka pilotująca 635 nm ≤mW

Urządzenie ma posiadać trzy tryby pracy: pojedynczy impuls, praca ciągła, praca impulsowa

Czas impulsu w trybie impulsowym nie min 0,5ms-1000ms

Dostępne dwie głowice chirurgiczne o f=100nm oraz f=50nm

Laser na podstawie jezdnej

Przycisk bezpieczeństwa

W zestawie przynajmniej dwie pary okularów ochronnych dla operatora i 1 sztuka dla pacjenta

Urządzenie ma posiadać możliwość rozbudowy do zabiegów obszarowych

Czas gwarancji minimum 24 miesiące

Instrukcja użytkowania wraz z pełna dokumentacją

Główne zastosowanie Lasera CO2

Wysoka precyzja działania, skuteczność oraz trwałe efekty, możliwość dostosowania parametrów do pracy, szerokie zastosowanie w dermatologii, kosmetologii i podologii.

Usuwanie zmian skórnych: brodawki, włókniaki, tłuszczaki oraz niektóre znamiona. Leczy blizny po zabiegowe, blizny pourazowe i pooperacyjne,, blizny zanikowe, laser wygładza powierzchnię skóry i stymuluje odbudowę kolagenu.

Uruchomieniem sprzętu oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

3.Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany min. w 2022 roku, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) tj.: o wyrobach medycznych

oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. Przedmiot zamówienia ma być kompletny, tj. w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie

z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia.

4.Przedmiot zamówienia obejmuje , montaż nowego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

5.Podane parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

6.Termin dostawy Lasera chirurgicznego wysokoenergetycznego CO2 z wyposażeniem stanowiący przedmiot zamówienia, jego instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem personelu – do 18.12.2026, dnia podpisania umowy pomiędzy MSPWŚL a Wykonawcą zostanie ustalona z Wykonawcą.

7.Zamówienie uważane będzie za zrealizowane po instalacji, uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu w zakresie przedmiotu zamówienia oraz podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przez osoby upoważnione .

8.Wykonawca ubezpieczy przedmiot zamówienia od momentu zawarcia umowy z Zamawiającym do momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego po przeprowadzeniu niezbędnego szkolenia.

9.Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu technicznego max. 24 godzin od zgłoszenia awarii i podjęcie naprawy (w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

10.Zamawiający wymaga zapewnienia bezpłatnych, okresowych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, wymaganymi dla prawidłowej pracy sprzętu, wykonanymi przez autoryzowany serwis, w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem końca gwarancji.

11.W okresie gwarancyjnym Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu serwisanta, napraw oraz robocizny uwzględniającej również koszt części zamiennych i eksploatacyjnych wynikających z napraw gwarancyjnych i przeglądów. Instrukcja obsługi w języku polskim ,certyfikat CE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

Zamawiający poinformuje wykonawcę , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na stronie internetowej MSPWŚL .

12.Warunki zapłaty – zapłata zg. z wystawioną fakturą

13.Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego

Wraz z ofertą Wykonawca obowiązany jest złożyć:

-odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów

przedmiotowych:

• certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacja lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, (jeśli dotyczy wyrobu)

lub

• deklaracja zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi

oraz

• dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) bądź dokument potwierdzający dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestru/druk zgłoszenia, powiadomienia, wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do bazy danych prowadzone przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w przypadku wyrobów medycznych nie podlegających

temu obowiązkowi – oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia/powiadomienia/ przeniesienia

danych, z odpowiednim odwołaniem się do przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

Wykonawca ponadto musi załączyć materiały informacyjne opatrzone w numer katalogowy – pełne aktualne katalogi producenta tłumaczone na język polski, foldery, specyfikacje techniczne, informacje od producenta, ulotki reklamowe itp. potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, którego zadania oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dokument.

15. Termin realizacji zamówienia do 18.12.2026.

16. Kryterium oceny oferty:

Cena:100 %

Inne: gwarancja minimum 24 m-ce

Czas reakcji serwisu w godzinach max do 24 godzin

17. Miejsce i termin złożenia ofert podany w zapytaniu ofertowym na stronie BIP szkoły termin otwarcia ofert . 01.12.2026

- Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 - załącznik do

zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki;

należy złożyć w siedzibie Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 63, 41-800 Zabrze, lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@medykzabrze.pl opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym do dnia 01.12.2026 godz. 12.00

18. Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Joanna Frychel-Imiolczyk, Stodolny Katarzyna

19. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: po otrzymaniu prawidłowo

wystawionej faktury VAT. Postawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony dokument umowy.